



GAB. 1303
SANTA CASA
DA AMAZÔNIA

Santa Casa da Amazônia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



ERRATA

Cotação Prévia nº 002-3/2022
Convênio Federal nº 915613/2021

A equipe da Comissão Permanente de Licitação – CPL juntamente com a Diretoria de Assistência Técnica da Santa Casa da Amazônia conforme Portaria n 015/2021, cujo objeto é Aquisição de 20 (vinte) equipamentos para ampliação e estruturação do Centro de Imagiologia conforme especificado no FORMULÁRIO PARA PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO I, do Edital nº 002-3/2022 Convênio Federal nº 915613/2021– comunica alteração no instrumento convocatório:

Onde se lê: ITEM 01: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCOPIA):

- Equipamento de utilização clínica, composto por endoscópio flexível, fonte de luz, equipado com seus respectivos acessórios, para observação do trato respiratório.
- Aplicação básica: Equipamento destinado a procedimentos e observação do trato respiratório em pacientes acometidos de traumas, possibilitando o domínio da intubação difícil.
- Fibrobroncoscópio com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 3 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo.
- Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm.
- Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm.
- Esterilizável por processo de baixa temperatura e desinfecção por Ácido Peracético.
- Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 175 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 uma lâmpada reserva.

Leia-se: ITEM 01: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCOPIA):

- Endoscópio USB 3 em 1 com boroscópio 3,9 mm, ultrafino, à prova d'água, câmera cobra, micro USB com luz LED
- Introdução de aplicação: Esta é uma câmera industrial em miniatura que é uma extensão dos nossos olhos. As principais áreas de aplicação são: inspeção e dragagem de dutos, inspeção ao ar livre, monitoramento de animais e plantas, principal de ar condicionado automotivo, pesquisa em casa e assim por diante. Mais áreas de aplicação estão esperando pela sua descoberta.
- Parâmetros:

CNPJ: 04.510.707/0001-07 – INSC. ESTADUAL: ISENTA – CNAS: 71010.00055/2004-81-Contato: 68-3223.4608 1

Sede Nacional: Rua Alvorada, nº 54/178, Bosque, Rio Branco/AC – CEP: 69.900-664

www.santacasadaamazonia.org | cpl@santacasadaamazonia.org



- a) Interface 3 em 1: USB, Micro USB, -C
- b) Tamanho da lente: 3,9 mm
- c) Resolução 1280 x 720, 640 x 480
- d) Taxa de quadros: 25 fps
- e) Ângulo de visão: 70 graus
- f) Distância focal: 4-10 cm
- g) Classificação de impermeabilidade: IP67
- h) Fonte de luz: 6 peças de luz LED ajustável
- i) Comprimento da linha: 1 m / 3,28 pés
- j) Sistemas suportados: 4.2 ou acima, Windows 7 ou superior
- k) Formato de foto: JPEG
- l) Formato de vídeo: AVI
- Incluído na embalagem:
 - a) 1 x endoscópio USB 3 em 1.
 - b) 1 manual do utilizador (sem garantia de versão).

DO PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: a empresa interessada deverá entregar em até 48 (quarenta e oito horas).



ALEKSSANDRA PESSOA DA SILVA

Diretora de Assistência Técnica
Portaria n° 015/2021 de 28 abril de 2022



RODOLFO RIVEZAN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Portaria n° 0117 /2022 de 11 janeiro de 2022